

Код ОКДП2 32.50.50.000

Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000374

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тележка для перевозки больных МД ТБН

№	Описание требований	Наличие функции или величины параметра по техническому заданию
1. Общие требования		
1.1.	Сертификат соответствия	Наличие
1.2.	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
1.3.	Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента ввода в эксплуатацию	12 месяцев
1.4	Регистрационное удостоверение	Наличие
1.5	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
1.6	Страна производства	РФ
2. Технические характеристики		
2.1	Длина	2 160 мм
2.2	Ширина	700 мм
2.3	Высота	800 мм
2.4	Высота лежания	800 мм
2.5	Материал конструкции	Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм; Цвет каркаса: серый (RAL 7038);
2.6	Особенности каркаса	Продольная связь основания, которая усиливает конструкцию, и тележка беспрепятственно преодолевает пороги и выдерживает максимальную нагрузку.
2.7	Материал ложа	Съемные носилки из стального профиля 25x25x1,5 мм., оснащены ручками с резиновыми наконечниками и ножками с пластиковыми наконечниками. Ложе из металлического листа – покрыто экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет ложа: синий (RAL 5015);
2.9	Размер ложа	1800x670 мм
2.10	Размер секций (головной)	420 x 570мм,

2.11	Диапазон углов наклона секций (головной)	0-45°
2.12	Механизм регулировки угла наклона секций	"Rostomat" 2 шт.
2.13	Колеса	4 самоориентирующиеся колеса диаметром 200 мм, 2 колеса с тормозным устройством, покрытие колес серая резина (не оставляющая следов на полу)
2.14	Грузоподъемность	170 кг (240 кг)
2.15	Ограничительные бампера	4 пластиковых бампера диаметром 100 мм белого цвета
2.16	Общий вес	42 кг +/- 10%
		